

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



(3xxxDoC\_104)

Als Hersteller bescheinigt

**PR electronics A/S, Lerbakken 10, DK-8410 Rønde**

hiermit für die folgende Produkte:

**Typ: 31xx, 32xx, 33xx und 34xx**

**Name: 6 mm Temperaturmessumformer und Signalverarbeitungsgeräte**

**Ab Seriennr.: 211449001**

die Konformität mit folgenden Richtlinien und Normen:

Die EMV Richtlinien 2014/30/EU und nachfolgende Änderungen

**EN 61326-1 : 2013**

Bezüglich der Prüfbedingungen für die Störaussendung, finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung. Zur Spezifikation des zulässigen Erfüllungsgrades, siehe die Elektrische Daten des Gerätes.

Die Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU und nachfolgende Änderungen

**EN 61010-1 : 2010 + A1 : 2019**

Die ATEX Richtlinien 2014/34/EU und nachfolgende Änderungen

**EN IEC 60079-0 : 2018, EN 60079-7 : 2015 + A1 : 2018 und EN 60079-15 : 2019**

**ATEX-Zertifikat: KEMA 10ATEX0147 X**

Die RoHS2 Richtlinien 2011/65/EU und nachfolgende Änderungen

**EN IEC 63000 : 2018**

Diese Konformitätserklärung ist in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Rønde, 28. März 2022

Stig Lindemann, CTO

Unterschrift des Herstellers

\*Nicht gültig für 3105 und 3202.